

**Объявление № 15 . Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Курчумская центральная районная больница" Управления здравоохранения ВКО расположенный по адресу: 071200, ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А объявляет о проведении ПРОТОКОЛА ИТОГОВ закупа способом запроса ценовых предложений на реагенты для гематологического анализатора закрытого типа ВС-5000 (закрытого типа)**

**по следующим лотам:**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование<br/>лота</b>  | <b>Техническая спецификация</b>  | <b>Ед-цы<br/>изм-ия</b> | <b>Кол-во</b> | <b>Цена за ед-<br/>цу в тенге</b> | <b>Сумма тенге</b> |
|------------------|-------------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1                | Изотонический разбавитель     | Специальный разбавитель марки M52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. .Объем упаковки не менее 20 литров.  | канистра                | 20            | 63 835                            | 1 276 700          |
| 2                | Гематологический реагент DIFF | Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 500мл.  | флакон                  | 32            | 79 020                            | 2 528 640          |
| 3                | Гематологический реагент LH   | Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 100мл.  | флакон                  | 24            | 50 725                            | 1 217 400          |
| 4                | Чистящий реагент              | Универсальный чистящий реагент Probe Cleanser, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместности с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.   | флакон                  | 144           | 3 800                             | 547 200            |
| 5                | Набор контрольных растворов   | Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты M58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким | набор                   | 1             | 189 780                           | 189 780            |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору.<br>Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код<br>совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для<br>автоматического ввода референтных параметров в память прибора. |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

**Место поставки: ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова,1А**

**Поставщик: ТОО «МедТехСервис»**

**Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: раб.872339331048, сот.+77775799188 Камила Еркеновна**

**Ответственное лицо:**

**К.Чукунева**

|   |                              |  |     |    |     |       |
|---|------------------------------|--|-----|----|-----|-------|
| 6 | Бумага для<br>принтера 57*30 |  | Рул | 48 | 400 | 19200 |
|---|------------------------------|--|-----|----|-----|-------|

Итого сумма 5 778 920 (Пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч девяносто восемь) тенге, 00 тиын.

Место поставки: ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова,1А

Место и начало предоставления представления ценовых предложений ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А, с 14 ч 00 мин. «3» марта 2020 года.

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 14 ч 00 мин. «3» марта 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «3» марта 2020 года в 16 ч 30 мин.по адресу: Курчумский район, с. Курчум, ул Захарова, 1А

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: раб.872339331048, сот.+77775799188 Камила Еркеновна

Ответственное лицо:

К.Чукунева